

## レストレイナー 特注品製作案内

### もくじ

■はじめに		■よくある質問	5
特注レストレイナーの製作について	1	製品の仕様・互換性について	5
図面送付先	1	ご検討・採寸について	5
留意事項	1	御注文・返品について	5
■各仕様詳細	2	■記入用図面	
特注品の標準仕様	2	記載例	6
■各仕様の補足事項		CR型	7
フックについて	3	NR型	8
ネットについて	3	SR型	9
各ベルトについて	3		
クッションレザーについて	4		
最大寸法について	4		
その他について	4		

# はじめに

## ◆ 特注レストレイナーの製作について

お客様のご希望の形状・寸法にて特注レストレイナーの製作を承っております。  
特注品の御見積から製作は①～⑥の流れとなっております。

①

CR・SR・NR型よりベースとなる機種をお選び頂き、お客様にて図面にご希望の寸法をご記入ください。



②

寸法以外のご希望(フックの変更・ネットのサイズ変更・身体ベルト追加)などがございましたら、図面空白部にご記入ください。

◆ 詳細につきましては本書P2～4及び記入例をご参照下さい。



③

図面を当社宛までメール又はFAXにて送付してください。

◆ エンドユーザー様(病院・施設関係者様)からの直接のご送付はお受けできかねます。  
お取引のある販売店経由にてご提示をお願い申し上げます。



④

ご希望仕様の製作可否及び見積を作成し、販売店よりご提示します。

◆ 御見積期間は約1～2週間程度となります。



⑤

御見積内容をご了承頂きましたら販売店へ御発注をお願いします。



⑥

製作完了後、販売店より納品となります。

### 図面送付先

k.iwata@iwata-company.com 又は FAX:03-3608-2367

#### ～留意事項～

※ 仕様の間違いを防ぐため、必ず図面用紙にて御見積のご依頼をお願い申し上げます。

※ 御見積及び製作仕様は、あくまでもお客様にご提示頂きました仕様内容となります。

当社では設計を含めた寸法の算出は致しかねます。

※ 当社ではエンドユーザー様への訪問又はお電話等による直接的な仕様のヒアリングは行っておりません。

※ 寸法・形状によっては製作を承れない場合がございます。

※ 最大寸法を超えるサイズの製作は安全性及び製品の耐久性の観点からお受け致しかねます。

※ 素材及び製造工程上の特性により、仕上がり寸法には多少の誤差が生じます。

※ 特注仕様の製作となる為、完成までにお時間を頂きます。

詳細な納期につきましては別途お問い合わせください。

※ エンドユーザー様には直販を行っておりません。

御見積のご依頼及び御発注につきましては、貴院とお取引のある販売店経由にてお願い申し上げます。

※ エンドユーザー様宛への直送は行っておりません。


※ 特注品のため御発注後の仕様変更・キャンセル及び納入後の返品交換等は一切不可となります。

# 各仕様詳細

## ◆ 特注品の標準仕様


以下に記載の内容は、各特注品における標準仕様となります。  
寸法以外に特段のご指示がない場合は、標準仕様に基づいて御見積を作成いたします。

尚、仕様変更をご希望される場合は、各図面の余白部分に変更内容をご記入ください。  
記載がない場合は、上記の通り標準仕様にて進行させていただきますので、予めご了承ください。




CR型【CR-1型(ウェーブ)・CR-2型(フラット)】

特注CR型・標準仕様	
クッションレザー	ベージュ色
フック	樹脂PCフック
ネット	1枚(弊社任意の基準寸法)
肩ベルト	無し
身体ベルト	無し



SR型【SR-6型(ウェーブ)・SR-7型(フラット)】

特注SR型・標準仕様	
クッションレザー	グリーン色
フック	金属フック
ネット	1枚(弊社任意の基準寸法)
肩ベルト	標準品2本付き(400×100mm)
身体ベルト	無し



NR型【NR-12型(ウェーブ)・NR-13型(フラット)】

特注NR型・標準仕様	
クッションレザー	ベージュ色
フック	樹脂PCフック
ネット	1枚(弊社任意の基準寸法)
肩ベルト	標準品2本付き(400×100mm)
身体ベルト	無し
頭部ベルト	標準品1本付き

# 各仕様の補足事項

## ◆フックについて


GR型	標準仕様：樹脂PCフック → 金属フックに変更可
SR型	標準仕様：金属フック → 樹脂PCフックに変更可
NR型	標準仕様：樹脂PCフック → 金属フックに変更可

左記の様にフックを変更できます。

変更をご希望の場合は図面余白部分に変更希望とご記入ください。

※変更希望のご指示が無い場合は各標準仕様となります。

## ◆ネットについて




画像の【②横方向】の寸法を延長する**特注ネット**の製作取付も可能です。

特注ネットをご希望の場合は、図面余白部分に希望寸法をご記入ください。

※①長さ方向は変更出来ません。  
※特注希望のご指示が無い場合は弊社標準寸法となります。

その他2重ネット仕様も承ります。

## ◆各ベルトについて



下表の標準品ベルトセットの追加取付が可能です。

※SR型・NR型は標準仕様で肩ベルト付きです。

ご希望の場合は、図面余白に追加希望とご記入ください。

標準品	
肩ベルトセット	長さ400mm×幅100mm・2本/1セット
身体ベルトセット	長さ1,500mm×幅100mm・2本 長さ1,300mm×幅100mm・1本 合計3本/セット

また、上記標準品以外にも長さ・幅を延長する**特注肩・身体ベルト**の製作も可能です。

ご希望の場合は別紙図面に寸法をご記入ください。

※追加や特注希望のご指示が無い場合は、標準仕様となります。

## ◆クッションレザーについて

下表の様にレザー色を変更できます。

変更をご希望の場合は図面余白部分に希望色をご記入ください。

※変更希望のご指示が無い場合は標準仕様となります。

CR型	標準仕様：ベージュ色 → グリーン・ピンク・ブルー・イエロー色に変更可
SR型	標準仕様：グリーン色 → ベージュ・ピンク・ブルー・イエロー色に変更可
NR型	標準仕様：ベージュ色 → グリーン・ピンク・ブルー・イエロー色に変更可



ピンク・ブルー・イエロー見本

※ピンク・ブルー・イエローはレストレイナー・カラーシリーズと同色になります。  
※変更はクッションレザーの色のみとなります。  
基台の色(灰色)は変更出来ません。  
※クッションレザーの脱着は不可となります。

## ◆本体の最大寸法について

製品の耐久性・安全性の確保、および取り扱い時の適切な重量を維持するため、本体の最大寸法を以下の通り定めております。設計・ご検討の際は、この範囲内に収まるよう設定をお願いいたします。

<b>最大寸法</b>	<b>長さ：1,500mmまで</b>	<b>幅：500mmまで</b>
-------------	---------------------	------------------

※日興ファインズ工業製の旧型機には上記を超える特注品もございますが、現在製作可能な寸法は上記範囲内となります。何卒ご理解・ご了承のほどお願い申し上げます。

## ◆その他の仕様について

- ◆身体ベルト取付用の本体裏面マジックテープの寸法変更・貼り位置指定
- ◆本体裏面のラバーレス仕様など

本書記載以外の仕様につきましても製作可能な場合がございますので、お問い合わせください。

# よくある質問

## 特注レストレイナーに関するよくあるご質問（FAQ）

### 製品の仕様・互換性について

Q	日興ファインズ工業製の製品と同等品と考えてよろしいですか？
A	はい、同等の仕様・品質にて製作しております。安心してお使いいただけます。

Q	現在使用している旧来の特注品（日興ファインズ工業製）と同じ仕様で製作できますか？
A	はい、製作可能です。 お手数ですが、弊社指定の「ご記入用図面」に現在の仕様をご入力の上、ご依頼ください。 ※製作可能サイズの上限を超えるものについては、お受けできない場合がございます。 あらかじめご了承ください。

Q	以前に日興ファインズ工業で製作した際のデータは、御社で保管していますか？
A	いいえ、弊社では当時の製作データは保有しておりません。 恐れ入りますが、新規製作・再製作のいずれの場合もお客様にて図面へ仕様内容をご記入いただく必要がございます。

### ご検討・採寸について

Q	仕様の詳細が決まりません。仕様の選定を任せることはできますか？
A	恐れ入りますが、弊社で仕様を決定することはいたしかねます。 特注品は、お客様のご要望や使用環境に合わせ、お客様にて各種仕様内容を設定いただく製品となっております。 図面をご確認の上、お客様にて詳細を決定くださいますようお願い申し上げます。

Q	現在使用中の製品と同じものを作りたいのですが、来院して採寸してもらえますか？
A	弊社による訪問採寸・現地調査は一切行っておりません。 お手数ですが、製品の採寸および図面への書き込みはお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。


### 御注文・返品について

Q	岩田商店へ直接見積依頼や発注を行うことはできますか？
A	いいえ、弊社ではエンドユーザー様への直接販売は行っておりません。 お見積りやご注文に関しては、貴院とお取引のある販売店へお問い合わせください。

Q	注文後のキャンセルや、納品後の返品は可能ですか？
A	特注品という製品の性質上、御発注後のキャンセルおよび納品後の返品はお受けできません。 仕様を十分にご確認の上、御発注いただけますようお願い申し上げます。

# 記載例【CR-1型】

※全ての( )に寸法値をご記入ください。  
 ※全長・全幅は最大値内にて設定してください。



【全長】 ( 1500 ) \*最大1,500mm

\*最大幅500mm

500

( 800 )

390

\*最大幅500mm

特注リストレイナー CR型 寸法・仕様記入用図面

\* 全ての括弧内の寸法をご記入ください。(各種最大寸法以内)  
 \* 寸法以外のご希望は空白部に詳細をご記入ください。  
 \* 形状変更など特殊なご要望の場合は、簡単なスケッチや形状絵を図面上又は空白部にご記入ください。


CR型 ベースグレード仕様  
 \* ベージュ色レザークッション  
 \* 樹脂フック 50mm間隔取付  
 \* ネット1枚(弊社基準寸法にて取付)  
 \* ヘルト付属無し

※寸法値以外のご希望をご記入ください。

- 金属フックへ変更希望
- ネット横(幅)方向1300mm希望
- 肩ベルトセット1セット追加希望
- 身体ベルトセット1セット追加希望

※① + ② + ③ = 【全長】 となるように設定してください。

※500 + 400 + 600 = 1500mm



CR-25タイプ

10  
50  
50

ユーザー様名: ○○○○○○医院

※必ずエントドユーザー様名をご記入ください。


照合番号	品名	材	mm	単位	変更年月日
特注リストレイナー	CRタイプ			岩田康平	2020.7.27.
製品名	特注CR	記入用図面	図番	氏名	年月日
型式	CR		1/10	氏名	年月日
図名	特注CR	記入用図面	図番	氏名	年月日
社名	(有)岩田商店 メディカル事業部				

\* 本図面の無断複製・転載・転用は固くお断りいたします。





特注リストレイナー NR型 寸法・仕様記入用図面

- \* 全ての括弧内の寸法をご記入ください。(各種最大寸法以内)
- \* 寸法以外のご希望は空白部に詳細をご記入ください。
- \* 形状変更など特殊なご要望の場合は、簡単なスケッチや形状総を図面上又は空白部に記入ください。



NR型 ベースグレード仕様


- \* ベージュ色レザークッション
- \* 樹脂フック 50mm間隔取付
- \* ネット1枚(弊社基準寸法にて取付)
- \* 標準品 肩ヘルト2本1組付き
- \* 標準品 頭部ヘルト1本付き



ユーザー様名 : \_\_\_\_\_

照合番号	品名	材	mm	単位	変更年月日
特注リストレイナー	NRタイプ			岩田康平	2020.7.27.
製品名	NR	尺度	1/10	氏名	岩田康平
型式	特注NR	図番		年月日	2020.7.27.
図名	特注NR 記入用図面	図名		投影法	
社名	(有)岩田商店 メディカル事業部				



\* 本図面の無断複製・転載・転用は固くお断りいたします。



SR型 ベースグレード仕様  
 \*グリーン色レザークラクション  
 \*金属フック 50mm間隔取付  
 \*ホット1枚(弊社基準寸法にて取付)  
 \*標準品 肩ヘルト2本1組付き

特注ステンライナー SR型 寸法・仕様記入用図面

※全ての括弧内の寸法をご記入ください。(各種最大寸法以内)  
 ※寸法以外のご希望は空白部に詳細をご記入ください。  
 ※形状変更など特殊なご要望の場合は、簡単なスケッチや形状線を図面上又は空白部に記入ください。



ユーザー様名 : \_\_\_\_\_

照合番号	品名	材	料	mm	単位	変更年月日
	特注ステンライナー SRタイプ				岩田康平	2020.7.27.
製品名	SR	尺度	1/10	製図	氏名	岩田康平
図名	特注SR 記入用図面	図番		製図	年月日	2020.7.27.
社名	(有)岩田商店 メディカル事業部					

\*本図面の無断複製・転載・転用は固くお断りいたします。